

**Uczestnicy**  
**postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego**  
**na**  
**Dostawę przewoźnego Aparatu RTG dla Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej**  
**w Proszowicach**  
**Oznaczenie sprawy: 20/ZP/2020**

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami).

**Pytanie 1**

„Jakiej firmy systemu PACS posiada Zamawiający ? „

**Odpowiedź:** Zamawiający aktualnie posiada system PACS – program eFilm 3.4.0

**Pytanie 2**

„Z uwagi na to, iż analogowego aparatu nie można zintegrować z systemem PACS , czy w ofercie cenowej należy uwzględnić również ucyfrowienie poprzez metodę pośrednią ( skaner ) lub bezpośrednią (detektor cyfrowy)?”

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający informuje, że posiada już skaner CR, którym zamierza ucyfrowić dostarczony aparat mobilny RTG.

**Pytanie 3**

„Dot. Załącznik Nr 2 do SIWZ: OPIS / PARAMETRY WYMAGANE pkt. 11 Integracja z systemem PACS w Szpitalu w Proszowicach Co Zamawiający rozumie poprzez integrację z systemem PACS aparatu analogowego? Na czym ma polegać integracja?”

**Odpowiedź:** Dostarczony analogowy aparat mobilny będzie ucyfrowiony metodą pośrednią ( skaner CR). Od Wykonawcy oczekuje się współpracy przy konfiguracji aparatu z obecnie posiadanym skanerem. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z instalacją i uruchomieniem dostarczonego aparatu mobilnego do pracy ze skanerem CR i posiadanym systemem PACS.

**Pytanie 4**

„ Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał miernik dawki DAP?”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

**Pytanie 5**

„Pytanie 1 Ad. 5 W punkcie 5 Zamawiający określa aparat jako analogowy co stoi w sprzeczności z możliwością integracji takiego aparatu z systemem PACS szpitala w pkt 12. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający oczekuje zaoferowania aparatu przyłóżkowego wyposażonego w detektor cyfrowy 35x43 cm ze sentylatorem CsI oraz stacją akwizycyjną.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada skaner CR do ucyfrowienia systemu analogowego metodą pośrednią.

### Pytanie 6

„Ad. 12 W punkcie 5 Zamawiający określa aparat jako analogowy co stoi w sprzeczności z możliwością integracji takiego aparatu z systemem PACS szpitala. Prosimy o wykreślenie tego punktu w całości.”

**Odpowiedź:** Dostarczony analogowy aparat mobilny będzie ucyfrowiony metodą pośrednią (skaner CR). Od Wykonawcy oczekuje się współpracy przy konfiguracji aparatu z obecnie posiadanym skanerem. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z instalacją i uruchomieniem aparatu mobilnego do pracy ze skanerem CR i posiadanym systemem PACS.

### Pytanie 7

„Ad. 8 Prosimy o potwierdzenie iż podany zakres jest zakresem minimalnym oczekiwanym przez Zamawiającego.”

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza.

### Pytanie 8

„Ad. 15 Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający ma w tym punkcie na myśli serwis przez firmę trzecią po upływie gwarancji.”

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający ma na myśli późniejszy serwis – po upływie okresu gwarancji.

### Pytanie 9

„W zał nr 2, pozycja nr 12: „integracja z systemem PACS w Szpitalu w Proszowicach” – aparat jest analogowy, co oznacza, że nie będzie posiadał integracji z systemem PACS. Integrację taką ma posiadać oprogramowanie odczytujące obraz, które identyfikuje je z właściwym pacjentem/zleceniem. Kryterium w pozycji nr 12 nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Proszę o komentarz oraz informację czy odpowiedź „nie” nie dyskwalifikuje nas z udziału w przetargu. W przypadku konieczności wpisania spełniania tego wymogu proszę o informację w jaki sposób aparat powinien być zintegrowany z systemem PACS.

- do aparatu możemy dołączyć:


- miernik dawki DAP
- Drukarkę do wydruku wyników dawki DAP
- zdalny wyzwalacz

Proszę o informację czy wyżej wymienione dodatki możemy przedstawić jako osobną ofertę do naszego sprzętu.”

**Odpowiedź:** Zamawiający aktualnie posiada system PACS – program eFilm 3.4.0; Zamawiający posiada skaner CR do ucyfrowienia systemu analogowego metodą pośrednią.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 19.08.2020 r.

Z poważaniem  
Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Technicznych



Sporządził: Marianna Maj

Mariusz Kural