



Proszowice, dnia 24.06.2024 r.

**Uczestnicy  
postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp,  
pn. „Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej szwów chirurgicznych i siatek  
przepuklinowych.”  
Oznaczenie sprawy: 13/ZP/2024**

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami).

**Pytanie 1**

**„Pakiet 8**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 8 w poz. 1 i 2 siatek przepuklinowych częściowo wchłaniających zbudowanych w 50 % z włókien polipopylenowych (część niewchłaniająca) oraz w 50% z kopolimeru kwasu poliglikolowego i polikaprolaktanu PGA-PCL (część wchłaniająca), o czasie wchłaniania 90-120 dni, wielkości porów 2,5 mm i grubości włókna 0,5 mm, gramatura 28g/m<sup>2</sup>, opakowanie wewnętrzne bez miarki, rozmiary zgodnie z SWZ?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 2**

**„Pakiet nr 1, poz. 1-26**

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniające, syntetyczne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną ww. kwasów oraz stearynianem wapnia, okres podtrzymywania tkankowego ok. 35 dni (po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%), całkowite wchłonięcia 60-70 dni?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 3**

**„Pakiet nr 1, poz. 27-29**

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniające, syntetyczne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną ww. kwasów oraz stearynianem wapnia, okres podtrzymywania tkankowego ok. 35 dni (po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%), całkowite wchłonięcia 60-70 dni bez substancji antybakteryjnej?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 4**

**„Pakiet nr 1, poz. 32-42**



## SZPITAL W PROSZOWICACH

---

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniające, syntetyczne, jednowłóknowe, wykonane z polidoksanonu, okres podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75%, po 4 tygodniach 65-70%, całkowite wchłonięcie masy szwu w okresie 180-210 dni?"

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 5**

**„Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu?"

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 6**

**„Pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści szew niewchłaniający, syntetyczny, jednowłóknowy, polipropylenowy bez katalogowego określenia „o kontrolowanym rozciąganiu i plastycznym odkształcaniem węzła?"

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 7**

**„Pakiet nr 5, poz. 1, 2, 3, 5,**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?"

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 8**

**„Pakiet nr 5, poz. 17-25**

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany silikonem?"

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 9**

**„Pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniające, syntetyczne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną ww. kwasów oraz stearynianem wapnia, okres podtrzymywania tkankowego ok. 35 dni (po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%), całkowite wchłonięcia 60-70 dni?"

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 10**

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zleceniodawca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1, 2:

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów:



## SZPITAL W PROSZOWICACH

a) w razie zwłoki w dostawie zamówienia lub w razie zwłoki w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy, za każdy dzień zwłoki.

b) w razie odstąpienia przez Odbiorcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w paragrafie 1 ust. 2 Umowy. 2. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z winy Dostawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, o której mowa w paragrafie 1 ust. 2, jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło przed wykonaniem połowy wartości umowy, a jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło po zrealizowaniu połowy wartości umowy określonej w paragrafie 1 ust. 2 powyżej, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy."

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §5 ust. 1 i ust. 2 projektu umowy.

Kara umowna naliczana jest w przypadku gdy Dostawca nie wywiązuje się z umowy lub robi to niewłaściwie.

W przypadku zaś gdy Dostawca postępuje zgodnie z umową kwestia kar umownych nie jest w ogóle istotna.

W ocenie Zamawiającego kara umowna winna być naliczana w wysokości stanowiącej odczuwalną wartość dla Dostawcy działając mobilizująco na prawidłowe wykonywanie umowy, nie zaś jedynie niską wartość formalną. Dla Zamawiającego prawidłowe i terminowe wykonywanie umowy ze względu na jej zakres oraz rodzaj prowadzonej przez Zamawiającego działalności polegającej na świadczeniu usług medycznych jest bardzo istotna.

### **Pytanie 11**

#### **„Pakiet nr 5, poz. 16**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie na zasadzie równoważności nici chirurgicznej o długości 75 cm i igły chirurgicznej z krótkim końcem tnącym."

### **Odpowiedź:**

Tak.

### **Pytanie 12**

#### **„Pakiet nr 6, poz. 17**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie na zasadzie równoważności igły chirurgicznej 1/2 koła okrągła o długości 36 mm wykonanej z wysokogatunkowej stali odpornej na trudne warunki pracy."

### **Odpowiedź:**

Tak.

### **Pytanie 13**

„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 pozycja 1 pod pojęciem „Makroporowata, monofilamentowa, sterylna siatka przepuklinowa częściowo wchłanialna, kompozyt poliopylenu/poliglekaprone. Rozmiar 6x11cm. Czas absorpcji składnika wchłanialnego 90-120 dni, gramatura po wchłonięciu 28g/m<sup>2</sup>, grubość siatki po wchłonięciu 0,4mm, średnia wielkość porów 3mm, max. kurczliwość do 2%. Siatka po absorpcji o multifilamentowej strukturze (6 monofilamentowych włókien polipropylenu) nadającej siatce wielokierunkową elastyczność oraz odporność na rozerwanie. Sterylne opakowanie wewnętrzne zaopatrzone w miarkę [cm] ułatwiającą dopasowanie wymiarów siatki do żądanego rozmiaru." rozumie i będzie wymagał monofilamentowy kompozyt



## SZPITAL W PROSZOWICACH

włókien polipropylenu i włókien poliglekapronu-25; gramatura 28 g/m<sup>2</sup>; średnica porów 3-4 mm; wchłanialny element poliglekapron-25 (ok. 84 dni) cienkie filamenty – poniżej 1 mm; niski odsetek kurczenia siatki po implantacji – ok. 1,9%; elastyczny, którego naciągnięcie ma proporcje wymiarowe 4:1. Rozmiar 6 x 11cm?"

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 14**

„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 pozycja 2 pod pojęciem „Makroporowata, monofilamentowa, sterylna siatka przepuklinowa częściowo wchłanialna, kompozyt poliropylenu/poliglekapronu. Rozmiar 15x15cm. Czas absorpcji składnika wchłaniального 90-120 dni, gramatura po wchłonięciu 28g/m<sup>2</sup>, grubość siatki po wchłonięciu 0,4mm, średnia wielkość porów 3mm, max. kurczliwość do 2%. Siatka po absorpcji o multifilamentowej strukturze (6 monofilamentowych włókien polipropylenu) nadającej siatce wielokierunkową elastyczność oraz odporność na rozerwanie. Sterylne opakowanie wewnętrzne zaopatrzone w miarkę [cm] ułatwiającą dopasowanie wymiarów siatki dożądanego rozmiaru.” rozumie i będzie wymagał monofilamentowy kompozyt włókien polipropylenu i włókien poliglekapronu-25; gramatura 28 g/m<sup>2</sup>; średnica porów 3-4 mm; wchłanialny element poliglekapron-25 (ok. 84 dni) cienkie filamenty – poniżej 1 mm; niski odsetek kurczenia siatki po implantacji – ok. 1,9%; elastyczny, którego naciągnięcie ma proporcje wymiarowe 4:1. Rozmiar 15 x 15cm?"

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 15**

„Czy Zamawiający w związku z wymogiem dostarczenia próbek wraz z ofertą oraz oceną jakościową jako jednym z kryteriów oceny wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 04.06.2024r.? Czas ten pozwoli na skompletowanie wymaganych przedmiotowych środków dowodowych i złożenie kompletnej oferty.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

**Pytanie 16**

**„Pakiet nr 5, poz. 20**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie na zasadzie równoważności nici chirurgicznej o długości 90. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 17**

**„Pakiet nr 6, poz. 18**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie na zasadzie równoważności igły chirurgicznej wzmocnionej. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 18**

„Prosimy o wyjaśnienie jakiej igły Zamawiający wymaga w pakiecie nr 2 poz. 3? Igły okrągłej czy odwrotnie tnącej?"



## SZPITAL W PROSZOWICACH

---

**Odpowiedź:**

Igła 1/2 koła odwrotnie tnąca.

**Pytanie 19**

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 2 dopuści igłę okrągłą ?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 20**

**„Pakiet 7, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 21**

**„Pakiet 7, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 1/2 koła okrągłej?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 24.06.2024 r.