



SZPITAL W PROSZOWICACH

Proszowice, dnia 02.07.2024 r.

Uczestnicy

postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego

pn. Dostawa Videolaryngoskopu wraz z wielorazowymi rękojeściami i jednorazowymi łyżkami
Oznaczenie sprawy: 10/2024

Pytanie 1

„Dotyczy wymagany termin dostawy :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w ciągu 28 dni od daty podpisania umowy ?”

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z standardowym interfejsem USB 3.0 oraz Wifi?”

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3

„Dotyczy zapisów umowy : Ponadto niezależnie od rękojmi, o której mowa w ustępie 6.2. niniejszej umowy Dostawca przekaze Zamawiającemu pisemną gwarancję producenta poprzez doręczenie odpowiedniego, wystawionego przez producenta Przedmiotu Umowy dokumentu gwarancji obejmującej okres miesięcy kalendarzowych, od daty przekazania Przedmiotu Umowy do eksploatacji (data protokołu instalacji), którego treść będzie zgodna ze złożoną ofertą.

Czy Zamawiający odstąpi od powyższego wymogu ?”

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze od daty przyjęcia zgłoszenia?”

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 10 dni roboczych od daty podjęcia diagnostyki, a do 15 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy?”

Odpowiedź: Tak

Pytanie 6

„Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy?”

Odpowiedź: Nie

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający w dniu 02.07.2024 r. przesyła Wykonawcom, których zaprosił do składania ofert i zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.