



Proszowice, dnia 06.08.2024 r.

**Uczestnicy  
postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1  
ustawy Pzp,  
pn. „Dostawa oprzyrządowania do zabiegów endoskopowych.”  
Oznaczenie sprawy: 20/ZP/2024**

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawcę, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami).

**Pytanie 1**

**„Pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści igły o średnicy osłonki narzędzia 2,3 mm ?  
Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 2**

**„Pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści kleszcze w kolorze pomarańczowym do gastrokopii ?  
Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 3**

**„Pozycja 3**

Czy zamawiający dopuści pętle do polipektomii średnicy drutu 0,47 mm dla średnicy otwarcia pętli 20,25,30,35,40 mm ? Średnica osłonki narzędzia 2,3 mm. Maksymalna długość oczka pętli 39 mm? . DODATKOWO WSZYSTKIE PĘTLE OBROTOWE. Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 4**

**„Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przetyku Skład zestawu : nasadka na endoskop z 6, 7 i 9 opaskami (do wyboru), głowica z nicią o długości 1500 mm, połączone z dwukierunkowym pokrętkiem do naciągania nici. Opaski w niebieskim, przedostatnia opaska w kolorze czarnym Zestaw gotowy do bezpośredniego zakładania – nić przewleczona przez rękojęść. Kompatybilne z endoskopami o średnicy zewnętrznej 8.5-13.00 mm? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.



# SZPITAL W PROSZOWICACH

---

## **Pytanie 5**

### **„Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści prowadniki wyłącznie średniosztynne? Pozostałe parametry bez zmian.”

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

## **Pytanie 6**

### **„Pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści sfinkterotomy trójkanałowe o średnicy narzędzia 2.4 mm taperowaną do 2.00 mm i końcówka dystalną zwiężaną do 1.7 mm Długość robocza 1900 mm, nosek od długości 4 i 7 mm? DODATKOWO KOŃCÓWKA IZOLOWANA ELEKTRYCZNIE. Pozostałe parametry bez zmian.”

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

## **Pytanie 7**

### **„Pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści klipsownice hemostatyczne o długości ramion klipsa 10 mm. Stopień zagięcia klipsa 130 stopni. Klipsownica bez zewnętrznej osłonki transportowej, gotowa od razu po wyjęciu z opakowania? Pozostałe parametry bez zmian.”

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

## **Pytanie 8**

### **„Pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści balon do usuwania złogów, trójkanałowy, jednorazowego użytku, w kształcie jabłka.

Średnice:

8.5/11.5/15 mm

9/12/15 mm

10/13/16mm

15/18/20 mm

Długość robocza 2000 mm, średnica osłonki 2.5 mm

Końcówka dystalna temperowana do 2.0 mm dla ułatwienia wprowadzania?

Pozostałe parametry bez zmian.”

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

## **Pytanie 9**

### **„Pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki o długości roboczej 2300 mm zamiast 2500 mm?

Pozostałe parametry bez zmian.”

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

## **Pytanie 10**

### **„Pozycja 14**



## SZPITAL W PROSZOWICACH

---

Czy Zamawiający pętle z siatką chwytającą - otwarcie 30 mm i długość 60 mm lub otwarcie 40mm i długość oczka 60mm, średnica osłonki 2.6 mm? Pozostałe parametry bez zmian."

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 11**

**„Pozycja 16**

Zamawiający dopuści kosz **trójkanałowy zamiast dwukanałowego**, Średnice kosza: 18, 24,30 mm, długość robocza 2000 mm, narzędzie kompatybilne z przewodnikiem 0,035" – dodatkowy kanał na przewodnik (OTW) **DODATKOWO Kosz 4- lub 8-drutowy typu flower basket?** Pozostałe parametry bez zmian."

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 12**

**„Pozycja 19**

Zamawiający dopuści pętle o średnicy osłonki 2.3 mm? **DODATKOWO WSZYSTKIE PĘTLE OBROTOWE.** Pozostałe parametry bez zmian."

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 13**

**„Pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii do **ZMIAN PŁASKICH MONOFILAMENTNA** (niepleciona),zapewniająca bardziej precyzyjne i ostre cięcie, drut o średnicy 0,4 mm, średnica otwarcia 13 mm i 25mm,średnica osłonki 2.3mm? Pozostałe parametry bez zmian."

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 06.08.2024 r.